ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2025 года № РЗН 2025/25277

На медицинское изделие
**Нить рассасывающаяся «Vitoliften» («Витолифтен») на иглах и без игл для пластической хирургии и косметологии, стерильная,
по ТУ 32.50.50-001-96499458-2023**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**Общество с ограниченной ответственностью "Стентал"
(ООО "Стентал"), Россия,
109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2, Э 4 П Х К 2 ОФ №421А**

Производитель
**Общество с ограниченной ответственностью "Стентал"
(ООО "Стентал"), Россия,
109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2, Э 4 П Х К 2 ОФ №421А**

Место производства медицинского изделия
ООО «Волоть», Россия, 300137, Тульская область, Ленинский р-н, п. Октябрьский

Номер регистрационного досье **№ РД-66649/2943 от 22.01.2025**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **3**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 23 апреля 2025 года № 2648
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **А.В. Самойлова**

0082239

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2025 года № РЗН 2025/25277

Лист 1

На медицинское изделие
Нить рассасывающаяся «Vitoliften» («Витолифтен») на иглах и без игл для пластической хирургии и косметологии, стерильная, по ТУ 32.50.50-001-96499458-2023, в составе:
I. Варианты исполнения:
1. Vitoliften-1 нить рассасывающаяся ПДО с микровыступами - полидиоксаноновая, с насечками, синтетическая, стерильная, фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип К, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
2. Vitoliften-1 нить рассасывающаяся ПДО с микровыступами - полидиоксаноновая, с насечками, синтетическая, стерильная, фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Т, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **А.В. Самойлова**

0162098

Копия с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2025 года № РЗН 2025/25277

3. Vitoliften-1 нить рассасывающаяся ПДО с микровыступами - полидиоксаноновая, с насечками, синтетическая, стерильная, фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Р, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
4. Vitoliften-1 нить рассасывающаяся ПДО с микровыступами - полидиоксаноновая, с насечками, синтетическая, стерильная, фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 3 (2-0); 2,5 (-); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Тк, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
5. Vitoliften-1 нить рассасывающаяся ПДО с микровыступами - полидиоксаноновая, с насечками, синтетическая, стерильная, фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0162099

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2025 года № РЗН 2025/25277

с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Тр, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
6. Vitoliften-3 нить рассасывающаяся ПЛКЛ с микровыступами - полилактидная с ε-капролактоном в составе, с насечками, синтетическая, стерильная, неокрашенная/фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип К, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
7. Vitoliften-3 нить рассасывающаяся ПЛКЛ с микровыступами - полилактидная с ε-капролактоном в составе, с насечками, синтетическая, стерильная, неокрашенная/фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Т, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0162100

Информация с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2025 года № РЗН 2025/25277

0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
8. Vitoliften-3 нить рассасывающаяся ПЛКЛ с микровыступами - полилактидная с ε-капролактоном в составе, с насечками, синтетическая, стерильная, неокрашенная/фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Р, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия.
9. Vitoliften-3 нить рассасывающаяся ПЛКЛ с микровыступами - полилактидная с ε-капролактоном в составе, с насечками, синтетическая, стерильная, неокрашенная/фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Тк, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0159501

Информация с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 апреля 2025 года № РЗН 2025/25277

диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
10. Vitoliften-3 нить рассасывающаяся ПЛКЛ с микровыступами - полилактидная с ε-капролактоном в составе, с насечками, синтетическая, стерильная,
неокрашенная/фиолетовая,
метрический размер (условный номер по USP): 1,5 (4-0); 2 (3-0); 2,5 (-); 3 (2-0); 3,5 (0); 4 (1); 5 (2),
длина от 30 до 750 мм с шагом 5 мм,
с одной, двумя иглами атравматическими или без игл,
тип Тр, размер:
диаметр 0,6; 0,7 мм, прямая, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,6; 0,7 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, прямая, длина от 10 до 150 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 0,8; 0,9 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 80 мм с шагом 0,1 мм;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, прямая, длина от 10 до 180 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
диаметр 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 мм, изогнутая 1/2 (4/8); 1/4 (2/8); 3/8; 5/8, длина от 10 до 100 мм с шагом 0,1 мм, имеющая одно или два острия;
в количестве от 1 до 10 шт. в индивидуальной упаковке.
II. Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0159502

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru